



OGÓLNOPOLSKIE
TOWARZYSTWO
OCHRONY PTAKÓW



ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy, tel.: +48 22 761 82 05, faks: +48 22 761 92 51, e-mail: biuro@otop.org.pl, www.otop.org.pl

Kraków 21.08.2017

OGŁOSZENIE OFERTOWE nr C/2017/2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA OFERTOWEGO

1. Odnośnie świadectwa kalibracji bądź zgodności typu:

Czy którekolwiek z oferowanych urządzeń powinny posiadać świadectwo wzorcowania, wykonane w niezależnym laboratorium? Jeśli tak, to czy powinno być to świadectwo standardowe czy z akredytacją PCA? Z zapisów w Państwa dokumentacji nie wynika wprost potrzeba wzorcowania, jednak wzmianka o ewentualnej kalibracji nasuwa takie pytanie.

Odpowiedź OTOP: Prosimy o sprzęt posiadający świadectwa standardowe.

2. Dotyczy ewaporometru:

2a) Czy ewaporometr powinien być podłączony i umożliwiać transfer danych do głównej stacji meteorologicznej czy może być urządzeniem autonomicznym z funkcją eksportu danych drogą transmisji szeregową prowadzonej kablem połączeniowym?

Odpowiedź OTOP: Ewaporometr ma być podłączony do stacji głównej kablem sygnałowym. Jego lokalizacja powinna być zgodna z lokalizacją stacji meteorologicznej.

2b) Czy powinniśmy zaoferować do ewaporometru specjalną dedykowaną drewnianą klatkę (tutaj podgląd)? Z dokumentacji nie wynika wprost taka potrzeba, jednak takie klatki wpływają pozytywnie na jakość danych, izolując sam ewaporometr od opadów i części osadów atmosferycznych.

Odpowiedź: Tak, proszę dołączyć klatkę. Ewaporometr powinien znajdować się w klatce dostosowanej do urządzenia w ten sposób aby do misy pomiarowej nie dostawała się woda opadowa natomiast boki klatki powinny być wykonane z materiału ażurowego lub siatki metalowej z oczkami o średnicy maks. 1,5 cm. Całość powinna być pomalowana na biało farbą odporną na promieniowanie UV i porost glonów. Klatka powinna mieć możliwość otwierania celem uzupełniania wody i konserwacji.

3. Dotyczy montażu i przeszkolenia:

Czy montaż i przeszkolenie wyznaczonych osób w obsłudze urządzeń może odbyć się podczas jednej "kampanii" terenowej, czy należy kalkulować możliwość większej liczby wyjazdów w tym celu? Oczywiście abstrahując w tym momencie od późniejszych kwestii serwisowych i gwarancyjnych, mam na myśli samo uruchomienie systemu wg przyjętych wytycznych.

Odpowiedź OTOP: Szkolenie powinno być przeprowadzone zaraz po montażu i uruchomieniu systemu (podczas tego samego wyjazdu terenowego) oraz powtórnie w okresie zimowym (przy panujących ujemnych temperaturach).